



SPECIFIKACE PRO PROVEDENÍ ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI PROGRAM UT-03/2018/25

Zkušební metoda:	ultrazvuková - UT
Vzorek.č:	S-20985
Název:	deska se svarem
Typ/sektor:	svar - w
Materiál:	ocel
Rozměry:	300 x 300 mm, t = 12 mm

Specifikace zkoušky:

Zkouška podle:	ČSN EN ISO 17640 Třída zkoušení B, technika 2
Rozsah zkoušky:	100 % délky svaru + TOZ (10 mm)
Vyhodnocení podle:	ČSN EN ISO 11666 Stupeň přípustnosti 2

Další požadavky:

Po zkoušce vzorek očistit a odstranit vlastní značení.

Jako přílohu, prosím, přiložte kopii certifikátu a aktuálního potvrzení zrakové způsobilosti pracovníků, kteří se podíleli na provedení zkoušky.

Systém hodnocení vztažných hodnot

Popis činnosti	Max. počet bodů
1. Použití NDT metody / splnění zadání	20
○ Použití / volba správné techniky zkoušení	10
○ Stanovení podmínek zkoušení	8
○ Činnost po zkoušce (očistění vzorku)	2
2. Kontrola způsobilosti prostředků (defektoskop, sondy, měrky ...)	5
3. Nalezení indikací	30
○ Relevantní indikace	15
○ Nerelevantní a neregistrovatelné indikace	5
○ Určení polohy a rozměrů	10
4. Vyhodnocení indikací	33
○ Použití kritérií	5
○ Klasifikace indikací	8
○ Vyhodnocení přípustné indikace jako nepřipustné	5
○ Vyhodnocení nepřipustné indikace jako přípustné	15
5. Záznam - Jednoznačnost a úplnost	7
6. Dodržení „Pokynů pro účastníky programu zkoušení způsobilosti“	5
CELKEM	100

V případě nejasností prosím kontaktovat koordinátora programu:

Ing. Jiří Pitter, Mobil: 604 433 006, E-mail: pitterj@atg.cz